



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230324004 号

产品名称：多用途红光仪

产品型号：TYX-BHG

申请公司：北京同元熙健康科技有限公司

检验类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司




未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489 邮箱：admin@cntt-cert.com 网址：www.cntt-cert.com

深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	多用途红光仪	产品型号	TYX-BHG
委托单位名称	北京同元熙健康科技有限公司	委托单位地址	北京市丰台区马家堡东路 106 号 2 号楼 10 层 1001
生产单位名称	沈阳诚瑞科技有限公司	生产单位地址	辽宁省沈阳市苏家屯区解放街道 金宝台村
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	6 台	检测时间	2023 年 03 月 27 日-04 月 03 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：5V \square 0.1W； 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB/T 36419-2018 《家用和类似用途皮肤美容仪》 IEC 60335-2-113: 2016 《家用和类似用途电气-安全-第 2-113 部分包含激光和强光源的 化妆品和美容护理器具的特殊要求》		
判定依据	同检测依据		
检验项目	安全要求、功能要求波长测试，详见后续页面。		
检验结论	所检项目均符合要求，详见报告后续页面。 		
可能的检验情况判定适用说明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。		
备注	商标：同元熙（由委托商提供）		

编制：

陈喆

审核：

陆祖年

批准：

李反冲

未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489 邮箱：admin@cnt-cert.com 网址：www.cnt-cert.com