



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 230829004 号

产品名称：加湿器

---

产品型号：HX128

---

申请公司：深圳市乐优品科技有限公司

---

检验类别：委托检验

---

深圳市中为检验技术有限公司



未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。

电话：0755-28680489

邮箱：admin@ctnt-cert.com

网址：www.ctnt-cert.com

# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	加湿器	产品型号	HX128
委托单位名称	深圳市乐优品科技有限公司	委托单位地址	深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区内环北路 6 号 G 栋 156
生产单位名称	深圳市鸿鑫同创科技有限公司	生产单位地址	深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区内环北路 6 号盈科利工业园 G 栋 156、盈科利工业园 G5 栋 205
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 台	检测时间	2023 年 08 月 30 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：5V $\overline{\text{---}}$ 2A。 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 GB 4706.48-2009《家用和类似用途电器的安全-加湿器的特殊要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求,详见后续页面。		
检验结论	所检项目符合标准要求，详见报告后续页面。  签发日期：2023 年 09 月 04 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	/		

编制：田国海

审核：陆祖年

批准：赵反中

未经允许不得部分复制本报告，避免引起歧义解读。本报告可通过以下方式进行查询核实。


电话：0755-28680489

邮箱：admin@ctnt-cert.com

网址：www.ctnt-cert.com

### 样品描述及说明

1. 器具类型：便携式  驻立式  固定式  嵌装式
2. 电击防护类型：I类  II类  III类
3. 与电源连接的方式：
  - 不打算永久性连接到固定布线：
    - 装有一个插头的电源软线
    - 由专用适配器供电
    - 由输入插口供电
    - 器具由电池供电
  - 打算永久性连接到固定布线：
    - 连接固定布线电缆的一组接线端子
    - 连接柔性软线的一组接线端子
    - 一组电源引线
    - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖



产品铭牌样式